

Radecznica, 30 listopad 2023 r.

Znak sprawy: ET.2100.97.2023

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

Dotyczy prowadzonego postępowania pn. **Sprzedaż i dostawa analizatora hematologicznego do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy.**

Na podstawie ust. 5 i 7 Zaprośzenia do składania ofert z dnia 29 listopada 2023r. Zamawiający - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy, przekazuje treść zapytań dotyczących *Zaprośzenia do składania ofert* wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1 z dnia 30 listopada 2023r.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który dysponuje automatycznym dostosowywaniem się dyskryminatorów w przypadku analizy próbek patologicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 z dnia 30 listopada 2023r.

Czy w parametrach granicznych, w pkt.19 Zamawiający ma na myśli konserwację codzienną, wykonywaną przez użytkownika?

Odpowiedź:

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 19 Parametrów techniczno-eksploatacyjnych określił Procedurę konserwacji przeprowadzaną przez użytkownika, zalecaną w instrukcji użytkowania, w szczególności konserwację codzienną.

Kierownik
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
oraz Techniczno-Gospodarczych
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy

.....*Mariusz Sykała*.....

(podpis Kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)